




TEXTILNÍ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p.
Certifikační orgán pro certifikaci výrobků
Cejl 480/12, Zábrdovice, 602 00 Brno

vydává



Zadavatel:



CERTIFIKÁT TYPU

č. 21 – 001

Výrobek: Jednorázová třívrstvá zdravotnická rouška MEDICAL (typ IIR)

- Vnější vrstvy: netkaná textilie
(100 % polypropylen; 25 g.m⁻²; barva bílá a modrá)
- Vnitřní vrstva: netkaná textilie meltblown
(100 % polypropylen; 25 g.m⁻²; barva bílá)

Tímto certifikátem se potvrzuje shoda výrobku s následující technickou specifikací:

- ČSN EN 14683+AC:2020 Zdravotnické obličejové masky – Požadavky a metody zkoušení (čl. 4, čl. 5.1, čl. 5.2.2, čl. 5.2.3, čl. 5.2.4, čl. 5.2.5, čl. 5.2.7)


Certifikační systém: zkoušení typu

Podkladem pro certifikát je závěrečný protokol č. COV/20/396 ze dne 13.01.2021 a č. COV/21/054 ze dne 02.02.2021, vydaný COV TZÚ v Brně. Závěrečný protokol tvoří nedílnou součást tohoto certifikátu.



Certifikát vydán:
v Brně dne 13.01.2021
Aktualizace: 02.02.2021
Platnost do 31.01.2024




Ing. Svatava Horáčková
vedoucí certifikačního oddělení